HAppyVisc

VIVACY PARIS

LABORATOIRES VIVACY
252 Rue Douglas Engelbart
Archamps Technopôle
74160 ARCHAMPS - FRANCE
Tel : +33 4 50 31 71 81
Fax : +33 4 50 31 71 91
contact@vivacy.fr

LABRHA
19 Place Tolozan
69001 Lyon - France

labrha
Laboratoire de Rhumatologie Appliquée

SAL1BB_C

HAPPYVISC® FR

COMPOSITION

Acide hyaluronique	15,5 mg
Tampon phosphate et mannitol - pH de 7,2	q.s. 1 g
Seringue pré-remplie de 2 ml	

DESCRIPTION

HappyVisc® est un gel d'acide hyaluronique d'origine non animale, contenant un antioxydant (mannitol). Il est stérile et apyrogène, avec un pH et une osmolarité physiologiques.
Le gel est conditionné dans une seringue pré-remplie et stérilisé en autoclave. Ce produit est à usage unique. Chaque boîte contient trois seringues pré-remplies de 2 ml ou une seringue pré-remplie de
2 ml et une notice. Chaque emballage-coque contient une seringue, une carte d'implant pour le patient et son étiquette de traçabilité repositionnable à coller dans le dossier patient après chaque injection.

INDICATIONS

HappyVisc® est un gel injectable d'acide hyaluronique indiqué dans le traitement de la douleur liée à l'arthrose articulaire du genou, en particulier en cas d'absence de réponse ou d'intolérance aux analgésiques (AINS, AIS).

MÉCANISME D'ACTION

L'acide hyaluronique est un composant naturel du liquide synovial articulaire et lui confère ses propriétés lubrifiantes et amortissantes. Le but des injections intra-articulaires du produit dans le genou est d'améliorer la fonction articulaire du genou et, ce faisant, de soulager la douleur causée par l'arthrose dans l'articulation du genou. Il améliore la mobilité et la souplesse des articulations et rétablit la normalité du liquide synovial altéré. Il a un effet différé. Le soulagement maximal de la douleur se produit plusieurs mois après la première injection. Les produits se résorbent ensuite lentement au fil du temps. La durée des produits dépend du patient.

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne doit pas être utilisé :
- Chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un des ingrédients ;
- Dans les zones, ou près des zones, présentant des problèmes inflammatoires ou infectieux de la peau ;
- Chez les patients présentant des pathologies d'origine auto-immune (rhumatisme articulaire aigu, arthrite rhumatoïde) ;
- Chez les patients souffrant d'une poussée inflammatoire d'arthrose ;
- Chez les patients atteints d'arthrite septique ;
- Chez les patients atteints de troubles de l'hémostase, de lymphostase ou de stase veineuse.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est fortement recommandé d'obtenir le consentement éclairé du patient avant le traitement.
- Le produit ne doit être utilisé que pour des injections intra-articulaires dans le genou.
- Les patients ayant des antécédents d'infections à streptocoques, comme un mal de gorge récurrent ou un rhumatisme articulaire aigu, doivent subir un double examen avant toute injection.
- Il faut faire preuve d'une prudence particulière lors du traitement des patients ayant tendance à former des cicatrices hypertrophiques ou atteints de tout autre trouble de la cicatrisation.
- Le produit n'a pas été évalué chez les femmes enceintes ou allaitantes ni chez les enfants (âgés de moins de 18 ans).
- Ne pas utiliser de dérivés d'ammonium quaternaire pendant la désinfection. Il existe des incompatibilités entre l'acide hyaluronique et les composés d'ammonium quaternaire, comme les solutions de chlorure de benzalkonium, qui peuvent provoquer la formation d'un précipité.
- Les produits ne doivent pas être injectés dans des vaisseaux sanguins, hors des articulations ou dans des tissus. Toute injection intravasculaire accidentelle peut provoquer une occlusion vasculaire, qui peut entrainer des complications rares mais graves telles que la nécrose de la peau et/ou des tissus sous-jacents.
- Il n'est pas conseillé d'injecter des implants de la gamme de produits HappyVisc® dans une zone qui a déjà été traitée par des injections d'une gamme de produits autre que HappyVisc® car aucune donnée clinique n'est disponible concernant l'interaction avec d'autres produits.
- L'utilisation d'aiguilles de 18 à 22 G (stériles, avec le marquage CE et une embase à raccord conique) est recommandée. Le praticien doit choisir le calibre d'aiguille (G) approprié pour le traitement à effectuer.
- Injecter lentement pour éviter toute extravasation.
- En cas de douleur accrue pendant l'injection, interrompre l'intervention et retirer l'aiguille.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé (seringue, emballage blister, couvercle).
- Injecter immédiatement après ouverture.
- Jeter la seringue et le produit résiduel une fois l'injection terminée et jeter les aiguilles dans un contenant approprié, conformément à la réglementation nationale en vigueur.
- L'implant est à usage unique. Ne pas réutiliser.

Un implant ne doit être utilisé que pour un seul patient afin de prévenir tout risque de contamination croisée.
- Après ouverture, le produit ne peut jamais être restérilisé, même si l'implant n'a pas été injecté.

DOSAGE – MODE D'ADMINISTRATION

- Le traitement doit être effectué par un praticien dûment qualifié, formé aux techniques d'injection d'implants et ayant une bonne connaissance de l'anatomie de l'articulation du genou.
- Avant de procéder au traitement, il est indispensable :
  - de confirmer les antécédents médicaux avec le patient ;
  - d'expliquer au patient les indications et les résultats attendus des produits ;
  - d'expliquer au patient les contre-indications, les précautions d'emploi et les effets indésirables potentiels liés au traitement ainsi que les « conseils aux patients ».
- Avant l'injection :
  - désinfecter la zone à traiter avec une solution antiseptique appropriée ;
  - vérifier l'intégrité des aiguilles ;
  - vérifier que le gel n'est pas trouble.
- En cas de conservation au réfrigérateur, porter le produit à température ambiante avant l'injection.
- Bien visser l'aiguille sur l'embout Luer-Lock de la seringue.
- Respecter les règles d'asepsie et de manipulation en vigueur pour ce type d'intervention.
- Méthodes d'injection :
  - Le praticien doit s'assurer que l'aiguille pénètre correctement dans l'espace synovial de l'articulation du genou avant d'injecter le produit. En cas de doute, l'injection doit avoir lieu sous contrôle radiologique. Si l'injection a lieu hors de l'espace synovial, une décoloration de la peau ou de légères indurations peuvent apparaître.
  - Aspirer tout épanchement articulaire avant d'injecter le produit.
  - Injecter lentement dans l'espace articulaire souhaité.
- La quantité à injecter dépend de l'anatomie du patient. Seul le praticien peut définir la dose à injecter.
- Ne pas utiliser une quantité excessive de produit : ne pas dépasser 2 ml.
- Si l'aiguille est bloquée, ne pas augmenter la pression nécessaire à l'injection. Remplacer l'aiguille.
- Le schéma habituel est une infiltration intra-articulaire dans le genou une fois par semaine pendant 3 semaines consécutives.

① Retirer avec soin le capuchon de la seringue. ② Tenir l'anneau à l'extrémité de la seringue et insérer fermement l'embase de l'aiguille dans l'embout Luer-Lock de la seringue, en vissant jusqu'à l'apparition d'une **forte contre-pression.** ③ Retirer la gaine de l'aiguille le cas échéant.

CARTE D'IMPLANT - INSTRUCTIONS POUR LA REMPLIR

Après l'injection, le professionnel de santé doit retirer l'étiquette de traçabilité de la carte d'implant, la coller dans le dossier patient et remplir la carte d'implant avec :
- Le nom du patient ;
- Le centre de santé ou le nom du professionnel de santé et l'adresse ;
- La date d'implantation .

En cas de dossier électronique, l'identifiant unique du dispositif doit être documenté (en scannant le code Datamatrix ou en reportant manuellement l'UID dans le dossier patient).
Une fois remplie, la carte d'implant doit être remise au patient. Le professionnel de santé informe le patient qu'il doit la conserver.

CONSEILS AUX PATIENTS

- Recommander au patient d'éviter toute activité physique intense ou prolongée comme le tennis, la course à pied ou les longues marches dans les 48 heures suivant l'injection.
- Le praticien doit informer le patient qu'il doit l'avertir en cas de développement « anormal » au niveau de la zone traitée (voir effets indésirables).
- Utiliser une poche de glace après l'injection, surtout en cas de douleur ou d'œdème.

EFFETS INDÉSIRABLES

Le praticien doit informer le patient de tout effet indésirable potentiel, immédiat ou différé, pouvant survenir suite à l'injection du produit, en particulier (cette liste n'est pas exhaustive) :
- Arthralgie, inconfort, raideur articulaire, épanchement articulaire.
- Troubles musculo-squelettiques.
- Sensation de chaleur, sensation de lourdeur.
- Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés (érythème, prurit).
- Hématomes.

Les effets indésirables susmentionnés ne devraient pas durer plus d'une semaine et peuvent être atténués par l'application de glace après l'injection.
- Faible efficacité ou effet faible.
- Rarement, des complications postopératoires peuvent apparaître telles qu'infection, saignement, arthrite septique.
- De rares cas d'hypersensibilité ont été signalés dans la littérature après des injections d'acide hyaluronique. Le patient doit en être informé.
- Chez les patients qui ont une prédisposition sévère aux allergies, aux pathologies dermatologiques, aux troubles de l'hémostase ou aux maladies inflammatoires, ou si les précautions d'emploi n'ont pas été observées, l'incidence des effets indésirables peut augmenter.
- Le patient doit informer le praticien de tout effet indésirable susmentionné qui dure plus d'une semaine, ou de l'apparition de tout autre effet indésirable. Le praticien doit le signaler au revendeur ou au fabricant dès que possible et doit dispenser les soins appropriés.

CONDITIONS DE – DATE DE PÉREMPTION

- Les produits doivent être utilisés avant la date de péremption indiquée sur l'emballage et sur la seringue.
- Les produits doivent être conservés dans leur emballage d'origine, à une température comprise entre 2 °C et 25 °C (36 °F et 77 °F), à l'abri du gel et de la lumière.
- Si les conditions de conservation ne sont pas respectées, la performance du produit peut être compromise.

OPDC873 v2 (07.2023)_FR

HAPPYVISC® EN

COMPOSITION

Hyaluronic acid	15.5 mg
Phosphate buffer and mannitol - pH 7.2	q.s. 1 g
2 ml pre-filled syringe	

DESCRIPTION

HappyVisc® is a hyaluronic acid gel of non-animal origin, incorporating an antioxidant (mannitol). It is sterile and non-pyrogenic, with physiological pH and osmolarity.
The gel is packaged in a pre-filled syringe and sterilised using autoclave. This product is for single use. Each box contains three 2 ml pre-filled syringes or one 2 ml pre-filled syringe and one instruction leaflet. Each blister pack contains one syringe, one implant card for the patient and its repositionable traceability label to stick on the patient's file following each injection.

INDICATIONS

HappyVisc® is a hyaluronic acid injectable gel indicated in the treatment of pain in osteoarthritis of the knee joint particularly after failure of or intolerance to analgesics (NSAIDs, SAIDs).

MODE OF ACTION

Hyaluronic acid is a natural component of joint synovial fluid and gives it its lubricating and shock-absorber properties. The aim of intra-articular knee injections of the product is to improve knee joint function and in doing so relieve the pain caused by the osteoarthritis in the knee joint. It improves mobility and joint flexibility and returns the altered synovial fluid to normal. It has a delayed effect. The maximum reduction of pain occurs several months after the first injection. The product will then be resorbed slowly over time. The duration of the products depends on the patient.

CONTRAINDICATIONS

The product must not be used:
- In patients with known hypersensitivity to one of the ingredients;
- In areas, or near areas, with inflammatory or infectious skin problems;
- In patients with pathologies with auto-immune mechanisms (acute rheumatic fever, rheumatoid arthritis);
- In patients suffering from inflammatory flare-up of osteoarthritis;
- In patients with septic arthritis;
- In patients with haemostatic disorder, lymphatic or venous stasis.

PRECAUTIONS FOR USE

- It is strongly recommended to obtain the patient's informed consent prior to treatment.
- The product must be used for intra-articular knee injections only.
- Patients with a history of streptococcal disease, such as recurrent sore throat or acute rheumatic fever, must undergo a double test before any injection.
- Special caution should be exercised in treating patients with a tendency to form hypertrophic scars or any other healing disorders.
- The product has not been evaluated in pregnant or breastfeeding women or children (less than 18 years old).
- Do not use quaternary ammonium derivatives during disinfection. There are incompatibilities between hyaluronic acid and quaternary ammonium compounds, such as benzalkonium chloride solutions, which can cause the formation of a precipitate.
- The product must not be injected into the blood vessels, extra-articularly or into the tissues. Any accidental intravascular injection may cause vascular occlusion, which can lead to rare but serious complications such as necrosis of the skin and/or underlying tissues.
- It is not advised to inject implants from the HappyVisc® product line into an area that has already been treated by injections from a product line other than HappyVisc® as no clinical data is available regarding the interaction with other products.
- The use of needles from 18 to 22 G (sterile, CE marked, with a conical connection hub) is recommended. The practitioner will need to select the appropriate needle size (gauge) for the treatment to be made.
- Inject slowly to avoid extravasation.
- In case of increased pain during the injection, stop the procedure and withdraw the needle.
- Do not use if the packaging has been damaged (syringe, blister pack, lid).
- Inject immediately after opening.
- Discard the syringe and the residual product when the injection is complete, and dispose of the needles in an appropriate container, in accordance with the current national regulations.
- The implant is for single use. Do not reuse.
  An implant must be used only for one single patient to prevent any risk of cross-contamination.
- After opening, the product can never be re-sterilised, even if the implant has not been injected.

DOSAGE – METHOD OF ADMINISTRATION

- The treatment should be carried out by a legally qualified practitioner, trained in implant injection techniques and with good knowledge of the anatomy of the knee joint.
- Before carrying out the treatment, it is essential:
  - to thoroughly confirm the patient's medical history with her/him;
  - to explain the indications and expected results of the product to the patient;
  - to explain, the contraindications, precautions for use and potential adverse effects related to the treatment with the patient as well as the « advice to patients ».
- Before injection:
  - disinfect the area to be treated with an appropriate antiseptic solution;
  - verify the integrity of the needles;
  - verify that the gel is not cloudy.
- In the event of refrigerated storage, bring the product to room temperature before injection.
- Screw the needle firmly onto the Luer Lock hub of the syringe.
- Observe the aseptic and handling rules related to this type of intervention.
- Methods of injection:
  - The practitioner must ensure that the needle penetrates the synovial space of the knee joint correctly before injecting the product. If there is any doubt, the injection must be performed using medical imaging. If an injection is outside of the synovial space, discolouration of the skin or slight indurations may appear.
  - Aspirate any articular effusion before injecting the product.
  - Inject in the desired articular space slowly.
- The amount to be injected depends on the anatomy of the patient. Only the practitioner can define the dose to be injected.
- Do not use an excessive quantity of product: do not exceed 2 ml.
- If the needle is blocked, do not increase the pressure required for injection. Replace the needle.
- The general pattern is an intra-articular knee infiltration once a week for 3 consecutive weeks.

① Remove the end cap of the syringe carefully. ② Hold the ring at the end of the syringe and firmly insert the hub of the needle into the Luer-lock end of the syringe, by screwing until you feel some **strong counter pressure**. ③ Remove the needle cap if applicable.

IMPLANT CARD: INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

After injection, the healthcare professional must remove the traceability label from the implant card, stick it to the patient file and complete the implant card with:
- The patient name ;
- The health-care centre or name of the healthcare professional and address ;
- The date of implantation .

In case of electronic file, the Unique Device Identification reference must be recorded (by scanning the datamatrix or manually reporting the UDI reference in the patient's file).
After completion, the implant card must be given to the patient. The healthcare professional informs the patient that he/she must keep it.

ADVICE TO PATIENTS

- Recommend that the patient avoid strenuous activity or prolonged weight-bearing activities such as tennis, running or long walks within 48 hours following the injection.
- The practitioner should tell the patient that he/she must keep him informed of any "abnormal" developments in the treated area (see adverse effects).
- Use an ice-pack post-injection particularly if there is pain or oedema.

ADVERSE EFFECTS

The practitioner must inform the patient of any potential immediate or delayed adverse effects that may occur following injection of the product, in particular (this list is not exhaustive):
- Arthralgia, discomfort, joint stiffness, joint effusion.
- Musculoskeletal disorders.
- Sensation of warmth, feeling of heaviness.
- Skin and subcutaneous tissue disorders (erythema, pruritus).
- Haematomas.

The above-mentioned adverse effects should not last more than a week and can be alleviated by the application of ice post-injection.
- Poor efficacy or weak effect.
- Rarely, post-operative complications may appear such as infection, bleeding, septic arthritis.
- Rare cases of hypersensitivity have been reported in literature following injections of hyaluronic acid. The patient must be informed about this.
- In patients who have a severe predisposition to allergies, dermatological disease, haemostasis disorder, or inflammatory disease, or in the event the precautions for use have not been observed, the incidence of adverse effects may increase.
- The patient must inform the practitioner of any adverse effects mentioned above that lasts for more than one week, or the appearance of any other adverse effect. The practitioner must report it to the reseller or manufacturer as soon as possible and should carry out an appropriate care.

STORAGE – EXPIRY DATE

- The product must be used before the expiration date indicated on the packaging and on the syringe.
- The product must be stored in its original packaging, at a temperature between 2°C and 25°C (36°F and 77°F), away from frost and light.
- If storage conditions are not observed, the product's performance can be compromised.

OPDC873 v2 (07.2023)_EN

HAPPYVISC® IT

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico	15,5 mg
Tampone fosfato e mannitolo - pH 7,2	qb 1 g
Siringa preriempita da 2 ml	

DESCRIZIONE

HappyVisc® è un gel di acido ialuronico di origine non animale contenente un antiossidante (mannitolo). È sterile e apirogeno con pH e osmolarità fisiologici.
Il gel è confezionato in siringhe preriempite e sterilizzate in autoclave. Questo prodotto è esclusivamente monouso. Ciascuna scatola contiene tre siringhe preriempite da 2 ml o una siringa preriempita da 2 ml e un foglietto illustrativo. Ogni confezione a blister contiene una siringa, una tessera di impianto per il paziente e la rispettiva etichetta di tracciabilità riposizionabile da applicare sulla cartella clinica del paziente dopo ogni iniezione.

INDICAZIONI

HappyVisc® è un gel iniettabile di acido ialuronico indicato per il trattamento del dolore nell'osteoartrite dell'articolazione del ginocchio, in particolare dopo l'inefficacia o l'intolleranza agli analgesici (FANS, FAS).

MODALITÀ D'AZIONE

L'acido ialuronico è un componente naturale del liquido sinoviale articolare e conferisce proprietà lubrificanti e ammortizzanti. Lo scopo delle iniezioni intrarticolari del prodotto a livello del ginocchio è quello di migliorare la funzione articolare del ginocchio e in tal modo alleviare il dolore causato dall'osteoartrite nell'articolazione del ginocchio. Migliora la mobilità e la flessibilità articolare e riporta il liquido sinoviale alterato alla normalità. Ha un effetto ritardato. La massima riduzione del dolore si verifica diversi mesi dopo la prima iniezione. Questi prodotti vengono riassorbiti lentamente nel tempo. La durata dei prodotti dipende dal paziente.

CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non deve essere utilizzato nei seguenti casi:
- Nei pazienti con ipersensibilità nota a uno degli ingredienti;
- In aree interessate da problemi cutanei infiammatori o infettivi o in regioni in prossimità di tali aree;
- Nei pazienti con patologie con meccanismi autoimmuni (febbre reumatica acuta, artrite reumatoide);
- Nei pazienti affetti da riacutizzazione infiammatoria dell'osteoartrite;
- Nei pazienti con artrite settica;
- Nei pazienti con disturbo emostatico, stasi linfatica o venosa.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Si raccomanda vivamente di ottenere il consenso informato del paziente prima del trattamento.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per le iniezioni intrarticolari a livello del ginocchio.
- I pazienti con un'anamnesi di malattia da streptococco, come la faringite ricorrente o la febbre reumatica acuta, devono essere sottoposti a un doppio test prima di qualsiasi iniezione.
- Particolare cautela deve essere esercitata nel trattamento di pazienti con tendenza alla formazione di cicatrici ipertrofiche o qualsiasi altro disturbo della guarigione.
- L'impiego del prodotto non è stato valutato in donne in gravidanza o in allattamento oppure nei bambini (di età inferiore a 18 anni).
- Non utilizzare derivati dell'ammonio quaternario durante la disinfezione. Esistono incompatibilità tra l'acido ialuronico e i composti dell'ammonio quaternario, come le soluzioni a base di cloruro di benzalconio, che possono causare la formazione di precipitato.
- I prodotti non devono essere iniettati nei vasi sanguigni, al di fuori dell'articolazione o nei tessuti. Le iniezioni intravascolari accidentali possono causare occlusione vascolare, che può portare a complicazioni rare ma gravi quali la necrosi cutanea e/o dei tessuti sottostanti.
- Non è consigliabile l'iniezione di gel della linea di prodotti HappyVisc® in un'area che è già stata trattata con iniezioni di una linea di prodotti diversa da HappyVisc® in quanto non sono disponibili dati clinici sull'interazione con altri prodotti.
- Si raccomanda l'uso di aghi da 18 a 22 G (sterili, marcati CE, con connettore conico). Il medico dovrà selezionare la dimensione dell'ago (calibro) appropriata al trattamento da effettuare.
- Iniettare lentamente per evitare lo stravaso.
- In caso di aumento del dolore durante l'iniezione, interrompere la procedura e ritirare l'ago.
- Non utilizzare se la confezione è stata danneggiata (siringa, confezione a blister, coperchio).
- Iniettare immediatamente dopo l'apertura.
- Smaltire la siringa e il prodotto residuo dopo il completamento dell'iniezione e gli aghi in un contenitore adeguato, in conformità con le normative nazionali vigenti.
- L'impianto è monouso. Non riutilizzare.

Utilizzare un gel esclusivamente per un solo paziente in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata.
- Dopo l'apertura, il prodotto non può essere nuovamente sterilizzato, anche se il gel non è stato iniettato.

DOSAGGIO – MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

- Il trattamento deve essere eseguito da un medico abilitato, addestrato nelle tecniche di iniezione dei gel e con buona conoscenza dell'anatomia dell'articolazione del ginocchio.
- Prima di eseguire il trattamento è essenziale procedere come segue:
  - confermare accuratamente l'anamnesi medica del paziente con l'interessato/a;
  - spiegare al paziente le indicazioni e i risultati attesi relativi ai prodotti;
  - spiegare al paziente le controindicazioni, le precauzioni per l'uso e gli effetti indesiderati potenziali relativi al trattamento, nonché i "consigli per i pazienti".
- Prima dell'iniezione:
  - disinfettare l'area da trattare con una soluzione antisettica adeguata;
  - verificare l'integrità degli aghi;
  - verificare che il gel non sia torbido.
- Se conservato in frigorifero, lasciare stabilizzare il prodotto a temperatura ambiente prima dell'iniezione.
- Avvitare l'ago saldamente sul connettore Luer Lock della siringa.
- Osservare le norme asettiche e di manipolazione correlate a questo tipo di intervento.
- Metodi di iniezione:
  - Prima di iniettare il prodotto, il medico deve assicurarsi che l'ago penetri correttamente nello spazio sinoviale dell'articolazione del ginocchio. In caso di dubbi, l'iniezione deve essere eseguita con imaging medico. Se un'iniezione è al di fuori dello spazio sinoviale, è possibile che si verifichino lo scolorimento della cute o leggeri indurimenti.
  - Aspirare qualsiasi versamento articolare prima di iniettare il prodotto.
  - Iniettare lentamente nello spazio articolare desiderato.
- La quantità da iniettare dipende dall'anatomia del paziente. Soltanto il medico può stabilire la dose da iniettare.
- Non utilizzare una quantità eccessiva di prodotto: non superare 2 ml.
- Se l'ago è bloccato, non aumentare la pressione necessaria per l'iniezione. Sostituire l'ago.
- Lo schema generale è una singola infiltrazione intrarticolare a livello del ginocchio una volta alla settimana per 3 settimane consecutive.

① Rimuovere con cautela il cappuccio terminale della siringa. ② Mantenere la ghiera situata sull'estremità della siringa e inserire saldamente il connettore dell'ago nel raccordo Luer Lock della siringa, avvitando fino a quando non si avverte una **forte contropressione.** ③ Rimuovere il cappuccio dell'ago, se applicabile.

SCHEDA IMPIANTABILE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dopo l'iniezione, il professionista sanitario deve rimuovere l'etichetta di tracciabilità dalla tessera di impianto e attaccarla alla cartella clinica del paziente, riportando le seguenti informazioni:
- il nome del paziente ;
- la struttura sanitaria o il nome del professionista sanitario e l'indirizzo ;
- la data di impianto .

In caso di cartella clinica elettronica, l'identificatore univoco del dispositivo (UDI) deve essere riportato nella cartella clinica del paziente (tramite scansione della matrice di dati o con inserimento manuale).
Dopo il completamento, consegnare la tessera di impianto al paziente. Il professionista sanitario comunicherà al paziente di doverla conservare.

CONSIGLI PER I PAZIENTI

- Raccomandare al paziente di evitare attività fisiche o attività con carichi prolungati come tennis, corsa o lunghe passeggiate entro 48 ore dall'iniezione.
- Il medico deve chiedere al paziente di tenerlo informato su eventuali sviluppi "anormali" dell'area trattata (consultare gli effetti indesiderati).
- Utilizzare un impacco di ghiaccio dopo l'iniezione, in particolare in caso di dolore o edema.

EFFETTI INDESIDERATI

Il medico deve informare il paziente di eventuali effetti indesiderati immediati o tardivi che possono verificarsi dopo l'iniezione del prodotti, in particolare (questo elenco non è esaustivo) quanto di seguito indicato:
- Artralgia, disagio, rigidità articolare, versamento articolare.
- Disturbi muscoloscheletrici.
- Sensazione di calore, sensazione di pesantezza.
- Patologie della pelle e dei tessuti sottocutanei (eritema, prurito).
- Ematomi.

Gli effetti indesiderati di cui sopra non dovrebbero durare più di una settimana e possono essere alleviati con l'applicazione di ghiaccio dopo l'iniezione.
- scarsa efficacia o scarso effetto
- raramente, possono verificarsi complicazioni post-operatorie come infezione, sanguinamento, artrite settica
- in letteratura sono stati riportati rari casi di ipersensibilità in seguito a iniezioni di acido ialuronico. Il paziente deve essere informato di tale eventualità.
- nei pazienti che presentano una grave predisposizione alle allergie, malattie dermatologiche, disturbi emostatico o malattie infiammatorie, o nel caso in cui non siano state osservate le precauzioni d'uso, l'incidenza degli effetti indesiderati può aumentare
- il paziente deve informare il medico di tutti gli effetti indesiderati sopra indicati che durano più di una settimana o l'eventuale comparsa di altri effetti indesiderati. Il medico deve segnalarli il più presto possibile al rivenditore o al produttore e deve trattarli adeguatamente

CONDIZIONE – DATA DI SCADENZA

- I prodotti devono essere utilizzati prima della data di scadenza indicata sulla confezione e sulla siringa.
- I prodotti devono essere conservati nella confezione originale, a una temperatura compresa tra 2 °C e 25 °C [36 °F e 77 °F], lontano dal gelo e dalla luce.
- Se le condizioni di conservazione non vengono rispettate, le prestazioni del prodotto possono essere compromesse.

OPDC873 v2 (07.2023)_IT

HAPPYVISC® ES

COMPOSICIÓN

Ácido hialurónico	15,5 mg
Tampón fosfato y manitol: pH 7,2	c.s. 1 g
Jeringuilla precargada de 2 ml	

DESCRIPCIÓN

HappyVisc® es un gel de ácido hialurónico de origen no animal que incorpora un antioxidante (manitol). Es estéril y apirógeno, con un pH y una osmolaridad fisiológicos.
El gel está envasado en una jeringuilla precargada y esterilizada mediante autoclave. Este producto es para un solo uso. Cada caja contiene tres jeringuillas precargadas de 2 ml o una jeringuilla precargada de 2 ml y un folleto de instrucciones. Cada blister en la caja contiene una jeringuilla, una tarjeta de implante para paciente y su etiqueta de trazabilidad recolocable para adherirla al archivo de paciente tras cada inyección.

INDICACIONES

HappyVisc® es un gel inyectable de ácido hialurónico indicado en el tratamiento del dolor en casos de artrosis de rodilla, sobre todo después de que el tratamiento con analgésicos (AINE, AIE) haya fallado o de que haya habido intolerancia a dichos fármacos.

MECANISMO DE ACCIÓN

El ácido hialurónico es un componente natural del líquido sinovial de las articulaciones y le aporta sus propiedades lubricantes y amortiguadoras. El objetivo de las inyecciones intraarticulares en la rodilla del producto es mejorar el funcionamiento de la rodilla y, así, aliviar el dolor articular causado por la artrosis de rodilla. Mejora la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones y devuelve el líquido sinovial alterado a su estado normal. Tiene un efecto demorado. La reducción máxima del dolor tiene lugar varios meses después de la primera inyección. Entonces, el producto se reabsorberá lentamente con el paso del tiempo. La duración del efecto de los productos depende del paciente.

CONTRAINDICACIONES

El producto no debe utilizarse:
- en pacientes con hipersensibilidad conocida a uno de los ingredientes;
- en áreas con problemas inflamatorios o de infecciones en la piel, ni cerca de estas áreas;
- en pacientes con enfermedades con mecanismos autoinmunitarios (como la fiebre reumática aguda y la artritis reumatoide);
- en pacientes que sufran un rebrote inflamatorio de la artrosis;
- en pacientes con artritis séptica;
- en pacientes con trastornos hemostáticos o con estasis linfática o venosa.

PRECAUCIONES DE USO

- Se recomienda encarecidamente obtener el consentimiento informado del paciente antes del tratamiento.
- El producto solamente debe utilizarse para inyecciones intraarticulares en la rodilla.
- Los pacientes con antecedentes de enfermedad estreptocócica, tais como garganta inflamada recorrente ou febre reumática aguda, têm de ser submetidos a um teste duplo antes de qualquer injeção.
- Se debería tener cuidado al tratar a pacientes con tendencia a formar cicatrices hipertróficas o con otros trastornos de la cicatrización.
- El producto no se ha evaluado en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni en niños (menores de 18 años).
- No utilice derivados del amonio cuaternario durante la desinfección. Existen incompatibilidades entre el ácido hialurónico y compuestos de amonio cuaternario, como soluciones de cloruro de benzalconio, que pueden causar la formación de un precipitado.
- Los productos no deberán inyectarse en los vasos sanguíneos, extraarticularmente ni en los tejidos. Cualquier inyección intravascular accidental podría producir una oclusión vascular, lo que a su vez podría provocar complicaciones infrecuentes pero graves, como necrosis de la piel o de los tejidos subyacentes.
- No se recomienda inyectar implantes de la línea de productos HappyVisc® en un área que ya se haya tratado mediante inyecciones de una línea de productos que no sea HappyVisc®, ya que no hay datos clínicos disponibles sobre la interacción con otros productos.
- Se recomienda utilizar utilizar agujas de calibre de 18 a 22 G (estériles y con la marca CE y un conector cónico). El médico terá de seleccionar o tamaño (calibre) de agulha adequado para o tratamento a realizar.
- Inyectar lentamente para evitar la extravasación.
- No caso de aumento da dor durante a injeção, parar o procedimento e retirar a agulha.
- No utilizar se a embalagem estiver danificada (seringa, blister, tampa).
- Inyectar inmediatamente después de su apertura.
- Eliminar a seringa e o produto residual depois de terminar a injeção, e eliminar as agulhas num recipiente apropriado, de acordo com os regulamentos nacionais em vigor.
- O implante destina-se apenas a uma única utilização. Não reutilizar.

Cada implante tem de ser utilizado para um único doente para evitar qualquer risco de contaminação cruzada.
- Depois de aberto, o produto não pode ser reesterilizado em circunstância alguma, mesmo que o implante não tenha sido injetado.

POSOLOGÍA – MODO DE ADMINISTRACIÓN

- O tratamento deve ser efetuado por um médico legalmente qualificado, com formação em técnicas de injeção de implantes e com bom conhecimento da anatomia da articulação do joelho.
- Antes de efetuar o tratamento, é essencial:
  - confirmar minuciosamente a história clínica do doente com o próprio;
  - explicar as indicações e os resultados esperados do produto ao doente;
  - explicar as contraindicações, precauções de utilização e potenciais efeitos adversos relacionados com o tratamento ao doente bem como as "Recomendações aos doentes".
- Antes da injeção:
  - desinfetar a área a tratar com uma solução antissética apropriada;
  - verificar a integridade das agulhas;
  - verificar se o gel não está turvo.
- No caso de conservação refrigerada, deixar o produto atingir a temperatura ambiente antes de injetar.
- Enroscar a agulha com firmeza no canhão Luer-lock da seringa.
- Cumprir as regras de assepsia e manuseamento relacionadas com este tipo de intervenção.
- Métodos de injeção:
  - O médico tem de se certificar de que a agulha penetra o espaço sinovial da articulação do joelho antes de injetar o produto. Se existir alguma dúvida, a injeção tem de ser realizada utilizando imagiologia médica. Se a injeção estiver fora do espaço sinovial, podem ocorrer ligeiras indurações e descoloração da pele.
  - Efetuar a aspiração de qualquer efusão articular antes da injeção do produto.
  - Injetar lentamente no espaço articular pretendido.
- A quantidade a ser injetada depende da anatomia do doente. Apenas o médico pode definir a dose a injetar.
- Não utilizar uma quantidade excessiva do produto: não ultrapassar 2 ml.
- Se a agulha estiver bloqueada, não aumentar a pressão necessária para a injeção. Substituir a agulha.
- O padrão geral é uma infiltração intra-articular do joelho uma vez por semana durante 3 semanas consecutivas.

① Retire a tampa da ponta da seringa com cuidado. ② Segurar no anel na ponta da seringa e inserir com firmeza o canhão da agulha na extremidade Luer-lock da seringa, enroscando até sentir alguma **contrapressão forte.** ③ Se aplicável, remover a tampa da agulha.

CARTÃO DE IMPLANTE: INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Após a injeção, o profissional de saúde deve remover a etiqueta de rastreabilidade do cartão de implante, colá-la ao ficheiro do doente e completar o cartão de implante com:
- Nome do doente ;
- Nome do centro de cuidados de saúde ou nome e morada do profissional de saúde ;
- A data da implantação .

No caso de ficheiro eletrónico, a referência de Identificação Única do Dispositivo deve ser registada (através da digitalização da matriz de dados ou da comunicação manual da referência UDI no ficheiro do doente).
Após a conclusão, o cartão de implante deve ser entregue ao doente. O profissional de saúde informa o doente que ele deve guardá-lo.

CONSELHOS AOS DOENTES

- Recomenda-se que o doente evite atividades intensas ou atividades que envolvam o peso do corpo durante um longo período, como ténis, corrida ou caminhadas longas, no espaço de 48 horas após a injeção.
- O médico deve dizer ao doente que este tem que o manter informado sobre quaisquer desenvolvimentos "anormais" na área tratada (ver Efeitos adversos).
- Utilizar uma compressa de gelo após a injeção, particularmente se ocorrerem edemas ou dor.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

O médico tem de informar o doente sobre quaisquer potenciais efeitos adversos imediatos ou retardados que possam ocorrer após a injeção do produto, em particular (esta lista não é exaustiva):
- Artralgia, desconforto, rigidez articular, efusão articular.
- Distúrbios musculoesqueléticos.
- Sensação de calor, sensação de peso.
- Distúrbios da pele ou do tecido subcutâneo (eritema, prurido).
- Hematomas.

Os efeitos adversos indicados acima não devem durar mais de uma semana e podem ser aliviados através da aplicação de gelo após a injeção.
- Eficácia ou efeito fracos.
- Raramente, podem ocorrer complicações pós-operatórias, como infeção, hemorragia ou artrite séptica.
- Foram comunicados casos raros de hipersensibilidade na literatura após injeções de ácido hialurónico. O doente tem de ser informado acerca disto.
- Em doentes com uma predisposição grave para as alergias, doença dermatológica, problemas da hemostase ou doenças inflamatórias, ou no caso das precauções de utilização não terem sido seguidas, a incidência de efeitos adversos pode aumentar.
- O doente tem de informar o médico acerca de qualquer um dos efeitos adversos supramencionados que dure mais do que uma semana ou do aparecimento de quaisquer outros efeitos adversos. O médico tem de o comunicar ao revendedor ou ao fabricante logo que possível e deve efetuar o tratamento adequado.

CONDIÇÕES DE – DATA DE VALIDADE

- Os produtos têm de ser utilizados antes do prazo de validade indicado na embalagem e na seringa.
- Os produtos têm de ser conservados nas suas embalagens originais a uma temperatura entre 2 °C e 25 °C [36 °F e 77 °F], ao abrigo do frio intenso e da luz.
- Se as condições de conservação não forem respeitadas, o desempenho do produto pode ficar comprometido.

OPDC873 v2 (07.2023)_PT

HAPPYVISC® PL

SKŁAD

Kwas hialuronowy	15,5 mg
Bufor fosforanowy i mannitol - pH 7,2	q.s. 1 g
Ampułkostr

HAPPYVISC® AR